

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 114/56 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3797

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยาตรวจหาอัลคาไลฟอฟฟาเตสต์วิชี Colorimetric

(Alkaline Phosphatase Reagent Kit, Colorimetric Assay)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตรวจหาปริมาณ Alkaline Phosphatase ในซีรัม และพลาสม่า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้หลักการ Colorimetric Assay หรือเทคนิคอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 4 วัน ที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีสถานะเป็นของเหลว สามารถใช้กับเครื่องตรวจแบบอัตโนมัติที่หน่วยงานมีอยู่ได้ ใน 1 ชุดประกอบด้วยน้ำยาส่วนผสมประกอบการทำปฏิกิริยาในการทดสอบอย่างสมบูรณ์

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของชุดน้ำยาจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบของน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..... ผอ. กว.พบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ..... ผอ. กทพ.พบ./กรรมการ

(พิสุทธิ์ บุตรงามดี)

พ.อ..... ประจำ พบ.ชรก. รพ.รร.6

(ปกรณ์ จิโรจน์กุลกิจ) /กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

16 พย. 2555

บุญเติม นิตยาและพำนัชบันนี่ อุบลราชธานี
อ.เมือง อุบลราชธานี ศ.พย. ท.เขียนสืบ กว.พบ.
ที่ กบ. 0446.13/ 1045 ลง 16 พ.ย. 55