

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 145/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - S - 0096

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปากคีบตัดชิ้นเนื้อ
(Biopsy Forceps)

หน่วยนับ ชิ้น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ปากคีบตัดชิ้นเนื้อ ทำจากโลหะปลอดสนิม

1.2.2 มีความยาวในส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 มม.

1.2.3 สามารถใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ปากคีบตัดชิ้นเนื้อ มีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังนี้

1.3.1.1 ปากคีบแบบวงรี (Oval)

1.3.1.2 ปากคีบแบบจระเข้ (Alligator)

1.3.2 เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 รูปแบบ และขนาดบรรจุ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

19 มิ.ย. 2560

พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....อายุรแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อนันต์ วัฒนธรรม)

19 ส.ย. 2560

