

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.ที่ 167/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-XX-247-2230

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดแก้วขนาดเล็กสำหรับเครื่องปั่นเฮมาโตคริต  
(Micro Haematocrit Tube)

หน่วยนับ หลอด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้บรรจุเลือดสำหรับนำไปเข้าเครื่องปั่นเฮมาโตคริตเพื่อแยกหา ส่วนประกอบของเลือดในห้องปฏิบัติการ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยแก้วอย่างดี มีลักษณะเป็นหลอดปลายเปิดทั้งสองด้าน

1.2.2 มี 2 ชนิด ได้แก่

1.2.2.1 ชนิดไม่มีสารกันเลือดแข็งตัว จะมีเส้นสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ที่ปลายหลอด (Blue Code)

1.2.2.2 ชนิดเคลือบสารกันเลือดแข็งตัว จะมีเส้นสีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่ปลายหลอด (Red Code) ซึ่ง ภายในหลอดจะมีสารกันเลือดแข็งตัว (Heparin) ชนิด โซเดียม (Sodium) , ลิเทียม (Lithium) , แอมโมเนียม (Ammonium) หรือสารกันเลือดแข็งตัวชนิดอื่นๆ

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นหลอดแก้วปลายเปิดทั้งสองด้าน

1.3.2 มีขนาดความยาวและเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกหลายขนาด

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ ชนิดที่ต้องการ , ขนาดความยาว , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหา แต่ละครั้ง

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.จิตติภูมิ เอื้ออำนวย  
(จิตติภูมิ เอื้ออำนวย)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี  
(พิสุทธิ บุตรงามดี)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง อุไรวรรณ แก้ววร  
(อุไรวรรณ แก้ววร)

ผช.ผอ.กพช.รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้