

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ที่ 244/54 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6520-XX-247-3729

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุยึดเรซินซีเมนต์แบบซูเปอร์บอนด์  
( Resin Cement, Super-Bond Type )

หน่วยนับ ชุด/ขวด/ตลับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ยึดครอบฟัน, สะพานฟัน, เดือยและแกนฟัน และยังสามารถใช้กับงานทันตกรรมด้านอื่นๆ ได้ด้วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเรซินซีเมนต์ ชนิดบ่มด้วยตัวเองโดยปฏิกิริยาการแข็งตัวแบบ Polymerization

1.2.2 มีส่วนประกอบหลัก คือ 4 META (4-Methacryloxyethyl Trimellitate Anhydride), MMA (Methyl-Methacrylate), PMMA (Polymethyl-Methacrylate) และ TBB (Tri-N-Butylborane) เป็นอย่างน้อย

1.2.3 ให้การยึดทั้งทางกล (Mechanical Bond) และทางเคมี (Chemical Bond)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใน 1 ชุด ประกอบด้วย อย่างน้อยดังนี้

1.3.1.1 Monomer

1.3.1.2 Polymer

1.3.1.3 Catalyst

1.3.1.4 Red Activator

1.3.1.5 Green Activator

1.3.1.6 อุปกรณ์ช่วยผสม

1.3.2 สามารถเลือกซื้อทั้งชุดหรือส่วนประกอบตัวใดตัวหนึ่งของชุดได้ ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

3.2 มีเอกสารประกอบการใช้งาน จำนวน 1 ชุด

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล หรือ ISO หรือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....  ..... ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ  
( ทักชิน เจียมทอง )

พ.อ.....  ..... ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ  
( พิสุทธิ์ บุตรงามดี )

พ.อ.หญิง.....  ..... ทันตแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้  
( ไศภิชฐ์สุดา วีรกิตติ )

3 ก.พ. 2554

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/ 101 ..... ลง 3ก.พ. 54