

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 026/49

หมายเลข คณ. 6515 - M - 62 - P - 1093

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมอนรองกระดูกเทียม
(Interbody Fusion Cage)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่แทนหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีพยาธิสภาพของโรค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจาก Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะคล้ายหมอนรองกระดูก มีรูตรงกลาง

1.3.2 มีขนาดความหนาตั้งแต่ 5 mm ขึ้นไป

1.3.3 มีขนาดความกว้าง 14-16 mm โดยวัดจาก Outer Diameter หรือกว้าง 12-14 mm โดยวัดจาก Inner Diameter

1.3.4 ขนาดความหนาและความกว้างของหมอนรองกระดูกเทียม จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและตัวอย่าง และทดลองใช้งาน

ร.ท.

(ลังสร ยศพิมพา)

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กภ.รพ.ค่ายสุรนารี

1A/พ.ช. 67 /คณะกรรมการ...

พ.อ.

- 7 พค 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมอนรองกระดูกเทียม
(Interbody Fusion Cage)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.....คัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/
(ชัยศิริ ชัยชาญกุล) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปค.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมพิศ)

ตรวจถูกต้อง

ร.ท.

17 พ.ค. 2562

(ลังสร ยศพิมพา)

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กกก.รพ.ค่ายสุรนารี

12 / เม.ย. 67

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำขึ้นที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/20713 ลง 21.ค.62