

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 372/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2617

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ตามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบ Pedicular
(Pedicular Cervical Spinal System)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ตามกระดูกสันหลังเพื่อแก้ไขความผิดปกติของแนวกระดูกจากอาการบาดเจ็บ หรือจากพยาธิสภาพของโรค

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สกรูยึดกระดูกสันหลัง (Pedicule Screw)

1.2.1.1 มีร่องสำหรับใส่ Rod เข้าทางด้านบน หรือด้านข้าง

1.2.1.2 มีหัวสกรูหลายแบบคือ แบบ Polyaxial Screw หรือ Monoaxial Screw หรือแบบอื่นๆ

1.2.2 ตะขอเกี่ยวกระดูกสันหลัง (Hook)

1.2.2.1 มีร่องสำหรับใส่ Rod เข้าทางด้านบน หรือด้านล่าง

1.2.2.2 มีทั้งชนิดเอียงซ้าย และเอียงขวา

1.2.2.3 สามารถใช้ได้กับกระดูกสันหลังส่วนต่างๆ

1.2.3 ฝาครอบล็อกหัว Screw เข้ากับ Rod เป็นชนิดชั้นเดียว (Nut) หรือสองชั้น (Sleeve and Nut)

1.2.4 ฝาครอบล็อกหัว Hook เข้ากับ Rod เป็นชนิดชั้นเดียว (Nut) หรือสองชั้น (Sleeve and Nut)

1.2.5 แท่งโลหะตามกระดูกสันหลัง (Rod) มีลักษณะเป็นแท่งทรงกลมผิวเรียบ มี 2 แบบ คือ

1.2.5.1 แบบสำหรับวางตามแนวกระดูกสันหลัง

1.2.5.2 แบบสำหรับวางขวางแนวกระดูกสันหลัง (Cross Link) พร้อมตัวยึด

1.2.6 แบบ ชนิด และขนาดของชุดอุปกรณ์ตามกระดูกสันหลัง ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้งตามความเหมาะสมในการใช้งาน **ตรวจสอบถูกต้อง**

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ผลิตจาก Stainless Steel หรือ Titanium หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.3.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำได้

(ล้างสาร, ยศพิมพ์)
นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กกก.รพ.ค่ายสุรนารี

18 / พ.ย. / 67.

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เก่าเก็บ

3.2 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทติดกับเครื่องมือ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพการผลิต และความปลอดภัยในการใช้งานที่ได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองมาตรฐานสากล

พ.อ.


18 ก.พ. 2563

/4. วิธีการตรวจสอบ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์ตามกระดูกสันหลังส่วนคอ แบบ Pedicular
(Pedicular Cervical Spinal System)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และทดลองใช้งาน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปญษธร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ท.หญิง  นายทหารพยาบาล รพ.ร.6/


(เพ็ญสุภา พิมพ์จันทร์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 ก.พ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปภิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

ตรวจถูกต้อง

- 2 มี.ค. 2563

ร.ท.

(ลังสรร ยศพิมพ์)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.เข้าหนังสือ กวค.ทบ.
ที่ กท 0445.13/ 347 ทง. 9 มี.ค. 63

นายทหารประจำ คลังเวชภัณฑ์ กก.รพ.ค่ายสุรนารี

18 / 3 - 6 / 63