

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 324/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1376

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ตัดขนบนผิวหนังก่อนการผ่าตัด (Hair Clipper)

หน่วยนับ ชุด

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตัดขนบนผิวหนังก่อนทำการผ่าตัดหรือก่อนทำหัตถการต่างๆ โดยไม่ทำให้ผิวหนังเกิดรอยบาดหรือรอยถลอก

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ด้ามจับทำมาจากพลาสติกอย่างดี ภายในมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบมีน้ำหนักเบา สามารถล้างผ่านน้ำเพื่อความสะดวกหรือเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังผ่านการใช้งาน

1.2.2 ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ แบบ rechargeable โดยใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 45 นาที

1.2.3 แบตเตอรี่เป็นชนิด NiMH หรือ NiCad หรือดีกว่า

1.2.4 ไขมีดเป็นแบบใช้ครั้งเดียว สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

1.2.5 มีแท่นสำหรับชาร์จแบตเตอรี่พร้อมสายไฟ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ไขมีดมีหลายแบบให้เลือกจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ไขมีดเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.2 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์  
( วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์ )

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

1 พ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/975 ลง 1 พ.ย.48