

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 127/44 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

6550-XX-256-3953

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาทำลายเม็ดเลือดแดง (Stromatolyser)

หน่วยนับ

กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็น lysing reagent ใช้สำหรับการตรวจวัดค่า hemoglobin โดยการทำให้เม็ดเลือดแดงแตก

1.1.2 มีส่วนประกอบของ

- Organic quaternary ammonium salt ไม่น้อยกว่า 10.2 กรัม/ลิตร

- Sodium chloride ไม่น้อยกว่า 2.0 กรัม/ลิตร

1.1.3 เป็นสารละลาย azide-free, cyanide-free มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี

1.1.4 ขนาดบรรจุที่ต้องการจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้เป็นน้ำยาตัวละลายในการตรวจวัดค่า hemoglobin

1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex รุ่น K-800, K-1000 และ K-4500 ที่หน่วยมีใช้
อยู่ได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีสลากระบุชื่อผู้ผลิต และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ

3.2 มีเอกสารบรรยายละเอียดของน้ำยา วิธีการใช้ และวิธีการเก็บรักษา

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับในวันส่งมอบของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. (พร้อมพงษ์ พิระบูล)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา

ประจำ พบ./กรรมการ

(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง จตุพร พูลเกษ

หน.ห้องปฏิบัติการหน่วยโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม

(จตุพร พูลเกษ)

ผู้รับรองถูกต้อง

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม

อนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/ 58 ลง 30 ม.ค.44

..29.../...ม.ค..../...44...

ร.ท.หญิงสรินทรญา ตั้งยืน
นายทหารเทคนิคการแพทย์