

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 172/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0123

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาย้อมสีสำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 น้ำยามีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้
 - 1.2.1.1 Polymethine Dye
 - 1.2.1.2 Ethylene Glycol
 - 1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน
 - 1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
 - 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ
 - 3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... (โพธิ์ มีลาภ) ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

พ.อ.หญิง..... (จอมขวัญ แสงบัวแก้ว) ผอ.กอง พบ./กรรมการ

พ.ท..... พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี (พงศ์ธิษฏา รัตนพิทยานุกุล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 ส.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีอนุวัติให้ใช้
ตามอนุวัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0445.13/738. ลง 19 ส.ย. 60

รับรองถูกต้อง
ส

ร.ท.หญิงสรินทรธิดา พึ่งเทียน
นายทหารเทคนิคการแพทย์