

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 178/50 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-247-1960

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาเพื่อตรวจนับเม็ดเลือดขาวและเบโซฟิล
(Stromatolyser-FB)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นน้ำยาลำเร็จรูปใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดขาวและเบโซฟิล

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค เป็นน้ำยาลำเร็จรูปที่ใช้ล้างเม็ดเลือดขาว มีส่วนประกอบได้แก่

- Non-ionic surfactant
- Organic quaternary ammonium salt

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 น้ำยาเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.3.2 น้ำยามีอายุ 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว

1.3.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้

1.3.4 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

3.2 มีเอกสารระบุรายละเอียดของน้ำยา วิธีการทดสอบ และการเก็บรักษา

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ

หน.ผชก.กวก.สวพท.พบ./กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ดวงพร พูลสุขสมบัติ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ. ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/741 ลง 20 ต.ค.49

10 ต.ค.2549

รับรองถูกต้อง

ร.ท.หญิงสรินทรญา พึ่งเทียน
นายทหารเทคนิคการแพทย์