

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 591/43 (พบ.)
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6550-XX-256-3165
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาดีเทอเจนต์ สำหรับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
(Detergent for blood cell counter)
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.1.1 เป็นน้ำยาสำเร็จรูป ประกอบด้วย

1.1.1.1 โซเดียม ซัลเฟต แอนไฮไดรอส (Sodium sulfate anhydrous)

1.1.1.2 โซเดียม คลอไรด์ (Sodium chloride)

1.1.1.3 แอนติ ไมโครเบียล เอเจนต์ (Anti-microbial agent)

1.1.1.4 โพลีออกซิเอทิลีน อีเทอร์ (Polyoxyethylene ether)

1.1.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

1.2.1 ใช้สำหรับชะล้างและหล่อลื่นระบบของเหลวของเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CELL-DYN

1.2.2 สามารถใช้กับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ CELL-DYN ที่หน่วยมีใช้อยู่

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีเอกสารระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดของส่วนประกอบน้ำยา วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ ตามความจำเป็น

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ ทิระบุล
(พร้อมพงษ์ ทิระบุล)

ผอ.กวก.พบ. / ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา
(อำนาจ ธรรมจินดา)

ผู้อำนวยการเฉพาะสาขา พบ. / กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ท. บุญธรรม ขอประเสริฐ
(บุญธรรม ขอประเสริฐ)

หน.ผคค.กพค.สพช./กรรมการ

3 / ก.ค. / 43

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อनुมติให้ใช้ตาม
อนุมติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/413 ลง 4 ก.ค.43

รับรองถูกต้อง

ร.ท.หญิงสรินทรญา พึ่งเทียน
นายทหารเทคนิคการแพทย์