

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 203/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1255

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กล่องใส่วัสดุติดเชื้อ (Infectious Material Box)

หน่วยนับ ใบ

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับใส่เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วหรือวัสดุอื่นๆที่เป็นวัสดุติดเชื้อ เช่น ชุดให้น้ำเกลือ , ชุดให้เลือด , ใบมีดผ่าตัดเพื่อนำไปทำลาย

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวกล่องทำจากพลาสติก ชนิด High Density Polyesterine (HD) ด้านบนของกล่องมีช่องสำหรับ ปลดเข็มจากกระบอกฉีดยาลงกล่องโดยไม่ต้องใช้มือดึง

1.2.2 ฝากล่องทำจากพลาสติก ชนิด ABS Grade มีความแข็งแรง เหนียว มีเขี้ยวล็อกเมื่อปิดฝากับตัวกล่องแล้วไม่สามารถเปิดออกได้อีก

1.2.3 สามารถทำลายได้ในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง 1000 °C

### 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable)

1.3.2 ขนาดและรูปแบบจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีคำเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตลอดจนรูปสัญลักษณ์สากลให้ทราบว่าเป็นขยะติดเชื้อ และมีคำอธิบายวิธีการใช้งานติดอยู่ข้างกล่อง

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กกก.พบ./ประธานกรรมการ

( ประสงค์ ล้อมทอง )

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

( ปรีชา อนันตะ )

(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง สมหมาย สัมมาจันทร์

หน.หอผู้ป่วย รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

( สมหมาย สัมมาจันทร์ )

18 ต.ค.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กกก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/959 ลง 20 ต.ค.48