

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 379/44 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6850 - M - 62 - S - 1149

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง
(Peritoneal Dialysis Solution)

หน่วยนับ ลิตร, ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคไตวาย โดยวิธีการล้างช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยามีความเข้มข้นของน้ำตาล 1.5% หรือ 4.25% และประกอบด้วยไอออน (Ionic) คือ โซเดียม (Sodium), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium), คลอไรด์ (Chloride), แลกเตต (Lactate)

1.2.2 ผ่านการฆ่าปลอดเชื้อและสารไฟโรเจนแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสารละลายของน้ำตาลและเกลือแร่ บรรจุในถุงพลาสติกที่มีจุกปิดเปิด และต่อกับสายนำน้ำยาเข้าออกจากถุงได้

1.3.2 ปริมาณน้ำยาต่อถุง 1,000 - 5,000 มิลลิลิตร ขนาดบรรจุต่อถุง จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง 

(สายชล เกตุแก้ว)

ปฏิบัติหน้าที่ เกสัชกร รพ.ค่ายสุรนารี


/คณะกรรมการ...

พ.อ. 


14 ก.พ. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง
(Peritoneal Dialysis Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.ท..........ทน.รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นิธิพันธ์ สุขสุเมธ)

14 ก.พ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

28 ก.พ 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... 336 ลง 13 มี.ค. 62

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.หญิง 
(สายชล เกตุแก้ว)
ปฏิบัติหน้าที่ เภสัชกร รพ.ค่ายสุรนารี