

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 030/52

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - P - **1038**

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออฟติกแบบส่วนปลายปรับองศาได้
(Angle Blade Fiber Optic Laryngoscope)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในลำคอ เพื่อส่องดูหลอดลมและเปิดทางเดินหายใจ สำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ ส่วนปลายปรับองศาได้เพื่อให้สามารถเห็นช่องทางเดินหายใจได้ชัดเจนมากขึ้น ใช้ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพที่ทำให้ใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ด้ามจับ (Handle) ทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีขนาดต่างๆให้เลือกใช้อย่างน้อย ดังนี้

1.2.1.1 ขนาดมาตรฐาน ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด C 2 ก้อน

1.2.1.2 ขนาดเล็ก ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน

1.2.1.3 ขนาดสั้น ใช้กับแบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน

1.2.2 มีแหล่งกำเนิดแสงจากหลอดไฟ Xenon ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 โวลต์

1.2.3 แผ่นส่องตรวจ (Laryngoscope Blade)

1.2.3.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีแท่งแก้วนำแสง (Fiber Optic) เป็นตัวส่งผ่านแสงสว่างจากหลอดไฟ ตรงส่วนที่ประกอบเข้ากับด้ามจับ

1.2.3.2 สามารถปรับปลาย Blade ได้เป็นมุมไม่น้อยกว่า 60°

1.2.3.3 สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave และแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 แผ่นส่องตรวจ (Laryngoscope Blade) มีเบอร์และแบบให้เลือกใช้ตามความต้องการใช้งาน อย่างน้อย ดังนี้

1.3.1.1 แบบโค้ง เบอร์ 3 จำนวน 1 อัน

1.3.1.2 แบบโค้ง เบอร์ 4 จำนวน 1 อัน

1.3.2 มีกล่องบรรจุเครื่องมือพร้อมช่องเฉพาะสำหรับวางอุปกรณ์ได้พอดีครบชุด และมีหลอดไฟสำรอง 1 หลอด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

/3. ข้อกำหนดอื่นๆ

2 สค. 2561 พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจชนิดไฟเบอร์ออปติกแบบส่วนปลายปรับองศาได้
(Angle Blade Fiber Optic Laryngoscope)

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ขนาดของด้ามจับรวมทั้งเบอร์และแบบของแผ่นส่องตรวจจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.2 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการปรับนับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.4 มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่และโทรศัพท์ติดกับเครื่องมือสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ผอ.กอง รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(นพดล ชื่นศิริเกษม) - 2 สค. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กุศทินันท์ บุรณะวิทย์)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ.....นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมพิศ)

10 สค. 2560

