

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 304/60

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - P - 1009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ
(Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเครื่องควบคุมการให้ยา สารละลาย และเลือด เข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ ควบคุมการไหลของสารน้ำ โดยเฉพาะยากกลุ่ม High Alert Drug สำหรับผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการให้สารละลายและให้ยาพร้อมกันหลาย ๆ ชนิด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 มีระบบควบคุมการไหลของสารละลายเป็นแบบ Peristaltic Pump System หรือระบบอื่นที่ดีกว่า โดยไม่ทำให้เกิดการแตกตัวของเม็ดเลือด
- 1.2.2 สามารถกำหนดอัตราการไหลของสารละลายได้ ตั้งแต่ 0.1 ถึง 1,200 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือกว้างกว่า ซึ่งสามารถปรับเพิ่มและลดค่าได้ โดยไม่ต้องเลือก Micro/Macro mode เพื่อความรวดเร็วในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย
- 1.2.3 สามารถตั้งปริมาตรสารละลายได้ ตั้งแต่ 0.1 ถึง 9,999 มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า โดยสามารถปรับเพิ่มหรือลดค่าได้ครั้งละ 1 มิลลิลิตร
- 1.2.4 มีความแม่นยำในการจ่ายสารละลาย โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน $\pm 5\%$
- 1.2.5 สามารถแสดงชื่อยา อัตราการไหล และปริมาตรสารละลายที่จ่ายไป ผ่านทางหน้าจอได้
- 1.2.6 สามารถบันทึกชื่อยาได้ไม่น้อยกว่า 800 รายชื่อ
- 1.2.7 สามารถให้สารละลายพร้อมกันได้ 3 เครื่อง โดยการนำมาวางเรียงซ้อนกัน หรือสามารถแยกเครื่องออกจากกัน เพื่อใช้งานทีละ 1 เครื่องได้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- 1.2.8 สามารถคำนวณความเข้มข้นของยาได้อย่างน้อย ดังนี้
 - 1.2.8.1 สามารถเลือกตั้งหน่วยความเข้มข้นของยาเป็น มิลลิกรัม และ ไมโครกรัม ได้
 - 1.2.8.2 สามารถเลือกคำนวณความเข้มข้นของยาตามน้ำหนักคนไข้หน่วยเป็นกิโลกรัมได้
 - 1.2.8.3 สามารถคำนวณความเข้มข้นของยาตามเวลาที่ให้เป็นนาที และชั่วโมง ได้
- 1.2.9 มีระบบ Anti Free Flow Clamp เพื่อป้องกันการไหลของสารละลายเข้าสู่ผู้ป่วยเมื่อประตูเครื่องถูกเปิด

/1.2.10 มีระบบตรวจ...

22 มี.ย. 2560

พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ
พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ

(Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump)

- 1.2.10 มีระบบตรวจสอบการอุดตันในสาย เป็นแบบ Upstream และ Downstream Pressure Sensor หรือ Occlusion Pressure Alarm หรือดีกว่า
- 1.2.11 มีระบบสัญญาณเตือนด้วยแสงและเสียง พร้อมทั้งแสดงข้อความ เมื่อเกิดสถานะต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้
 - 1.2.11.1 แบตเตอรี่ใกล้หมด (Battery Alarm or Batter nearly empty)
 - 1.2.11.2 มีการอุดตันภายในสายให้สารละลาย (Occlusion Alarm or Pressure High Alarm)
 - 1.2.11.3 ระบบภายในเครื่องผิดปกติ (Device Alarm or Defect Alarm)
 - 1.2.11.4 มีฟองอากาศในสาย (Air Alarm or Air Bubble Alarm)
- 1.2.12 มีระบบ KVO (Keep Vein Open) เมื่อเครื่องจ่ายสารละลายครบตามจำนวนที่ตั้งไว้ โดยสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1 - 3 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือกว้างกว่า
- 1.2.13 มีระบบเร่งการให้สารละลายอย่างรวดเร็ว (Bolus Rate)
- 1.2.14 สามารถรองรับการใช้งานฟังก์ชัน PCA (Patient Control Analgesia) ได้
- 1.2.15 แบตเตอรี่ภายในเครื่องเป็นชนิด NiMH หรือชนิดอื่นที่ดีกว่า สามารถชาร์จประจุได้ และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
- 1.2.16 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเครื่องควบคุมการให้ยา สารละลายและเลือดเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ ตัวเครื่องด้านหน้ามีประตูสำหรับเปิดเพื่อนำสายให้สารละลายหรือสายสำหรับให้เลือดใส่ลงในช่องสำหรับบิปกดสายเพื่อควบคุมอัตราการไหลของสารละลาย ด้านหน้าตัวเครื่องมีหน้าจอสำหรับแสดงผล และมีปุ่มสำหรับการปรับตั้งค่าต่าง ๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้

3.1.1 ที่ยึดตัวเครื่องกับเสาน้ำเกลือ (Pole Clamp)	จำนวน	1	อัน
3.1.2 สายไฟ (Power Supply)	จำนวน	1	เส้น
3.1.3 เสาน้ำเกลือ ชนิด 5 ขา แบบมีล้อเลื่อน (IV Stand)	จำนวน	1	ต้น
3.1.4 Space Station or Rack สำหรับในกรณีที่ต้องใช้เครื่องตั้งแต่ 4 เครื่องขึ้นไป	จำนวน	1	ชุด

/3.2 ต้องเป็นของ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์


เครื่องควบคุมการให้สารละลายและส่วนประกอบของเลือดทางหลอดเลือดดำ
พร้อมระบบคำนวณยาอัตโนมัติ


(Dose Rate Calculation and Blood Component Volumetric Infusion Pump)

- 3.2 ต้องเป็นของใหม่ ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงานและไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
 - 3.4 มีเครื่องหมายถาวร หรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 - 3.5 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น CE หรืออื่น ๆ
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ..........อายุรแพทย์ รพ.ร.6 /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนันต์ วัฒนธรรม)

22 มี.ย. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กุศทินธุ์ บุรณะวิทย์)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ..........นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิพ)

21 สค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ. ทบ. ทำงบบันทึบ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/11931 ลง 5 มิ.ย. 60