

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 324/49(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1376

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์ตัดขนบนผิวหนังก่อนการผ่าตัด (Hair Clipper)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตัดขนบนผิวหนังก่อนทำการผ่าตัดหรือก่อนทำหัตถการต่างๆ โดยไม่ทำให้ผิวหนังเกิดรอยบาดหรือรอยถลอก

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ด้ามจับทำมาจากพลาสติกอย่างดี ภายในมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบมีน้ำหนักเบา สามารถล้างผ่านน้ำเพื่อความสะดวกหรือเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหลังผ่านการใช้งาน

1.2.2 ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ แบบ rechargeable โดยใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 45 นาที

1.2.3 แบตเตอรี่เป็นชนิด NiMH หรือ NiCad หรือดีกว่า

1.2.4 ใบมีดเป็นแบบใช้ครั้งเดียว สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

1.2.5 มีแท่นสำหรับชาร์จแบตเตอรี่พร้อมสายไฟ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ใบมีดมีหลายแบบให้เลือกจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ใบมีดเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

3.2 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัทแสดงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง
(ประสงค์ ล้อมทอง)

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ
(ปรีชา อนันตะ)

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์
(วรรณวดี ลือสุทธิวิบูลย์)

พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

1 พ.ย.2548

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/975 ลง 1 พ.ย.48